13.11(5) day ^{126}I



54-126-1

	E_γ (KeV)[S]	ΔE_γ	I_γ(rel)	I_γ(%)[E]	ΔI_γ	S
	388.71	± 0.1	100	34	± 1.0	1
	491.24	± 0.05	9.5	2.8	± 0.2	2
Ann.	511.006		5.8		± 1.0	2
	666.34	± 0.02	94.0	33	± 1.0	1
	753.80	± 0.1	11.6	4.2	± 0.2	2
	879.87	± 0.07	2.5	0.75	± 0.05	3
	1420.40	± 0.2	0.85	0.29	± 0.01	2

GAMMA-RAY ENERGIES AND INTENSITIES

Nuclide ^{126}I Half Life (64.02(5) Day

Detector 3" x 3" -2 NaI Method of Production: ^{127}I(γ,n)



Index